

Hygiene-Institut Schubert

QMH® - Qualitätskontrollen
Problemanalysen - Gutachten - Schlichtung
Hygienefachausbildungen

Hygiene-Institut Schubert - Postfach 1305 - 82418 Murnau - Staffelsee



Info@hyginst.de
Hauptmann-Bauer-Weg 2k
82418 Murnau - Staffelsee
Telefon 0 88 41/ 4 77 22
Telefax 0 88 41/ 4 77 99
Steuer.Nr. 119/271/30132
Murnau 04.08.15

MEDUCOMP GmbH
Möllenstraße 50
15378 Herzfelde

Beurteilung des Des-Controllers

Sehr geehrter Herr Cyganek,

gerne komme ich Ihrem Wunsch nach, mich über den von der MEDUCOMP GmbH Entwickelt und vertriebenen Des-Controller zu äußern. Dabei ist es mir sehr wichtig anzumerken, dass ich keinerlei finanzielle Vorteile damit verbinde.

Der Einsatz von Bioindikatoren mit semipermeabler Membrane ist als Stand der Technik anzusehen. Von mir betreute Einrichtungen sind genauso wie unsere ausgebildeten Hygienebeauftragten, Hygienemanager und staatlich geprüften Desinfektoren vom Des-Controller begeistert.

Gerade „sensiblere Naturen“ ekeln sich von den zuvor publizierten Indikatoren. Das waren u.a. Keimträger wie Schrauben in deren Gewindegänge mikrobienhaltiges, inkrustiertes Blut verbracht worden war.

Im Des-Controller ist diese Suspension sicher und ekelfrei, nach dem Prinzip eines Teebeutel, sicher umschlossen. Die Mikroben entsprechen den Vorgaben der jeweiligen DIN. Der Des-Controller ist sicher.

Die Eignung des Des-Controllers wurde von Dr. Catrin Bleul des Labors für Hygiene und Mikrobiologie, in einem umfassenden Gutachten, bereits 2013 mit Gutachten belegt.

Das benannte Gutachten belegt, dass der Des-Controller allen Prüfungen von Textilwaschverfahren, nach den Vorgaben der Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des RKI, in allen Punkten entsprochen hat.

Stand der Technik ist demnach dass dem Einsatz von Bioindikatoren mit semipermeabler Membrane, nach gutachterlicher Beurteilung nichts mehr entgegensteht.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

G. Friedemann Schubert Staatl. Gepr. HFK (Hyg. Insp.)
Lehrbeauftragter der Albstadt-Sigmaringen University
Sachverständiger für die Bewertung von Klinik- u. Heimhygiene
-Regierung von Oberbayern AZ 320-SV-3253/02-

